BiopSafe® Biopsy Container

4% formaldehyd neutral bufferet opløsning

BiopSafe ApS
Bygstubben 4
DK-2950 Vedbæk
www.biopsafe.com

BRUGSANVISNING (20 ml & 60 ml)

BiopSafe® Biopsy Container er et lukket formalinsystem, der består af en beholder, et låg, en matrix, et filter og formalinvæske. Formalinen er indkapslet i låget. Når vævet er kommet i beholderen, sættes låget på og lukkes, hvorefter formalinen frigives.
BiopSafe® Biopsy Container betjenes manuelt.

TILSIGTET ANVENDELSE

BiopSafe® Biopsy Container er beregnet til konservering af væv i et lukket formalinsystem.

TILSIGTET BRUGER

BiopSafe® Biopsy Container er beregnet til anvendelse af sygeplejersker, laboratorieteknikere eller andet personale, der er uddannet i at bruge biopsibeholdere.

INDHOLD

BiopSafe® Biopsy Container indeholder 4% formaldehyd i en neutral bufferopløsning (pH 7.0) med <0.2% metanol (en 10% formalinopløsning).

OPBEVARING

BiopSafe® Biopsy Container skal opbevares oprejst mellem +10°C og +25°C, beskyttet mod direkte sollys og tilstrækkeligt ventileret.
Bør anvendes inden udløbsdatoen.

UDLØBSDATO

Se etiketten på BiopSafe® Biopsy Container.
BiopSafe® Biopsy Container er produceret med en holdbarhed på 2 år.

STØRRELSE AF VÆV/BIOPSI

Til 20 ml BiopSafe® Biopsy Container anbefales væv i størrelsesordenen 1 mm^3 til 1 cm^3.
Til 60 ml BiopSafe® Biopsy Container anbefales væv i størrelsesordenen 2 mm^3 til 3 cm^3.

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

- Kan forårsage en allergisk hudreaktion.
- Under mistanke for at forårsage genetiske defekter.
- Kan forårsage kræft.
- Indhent særlige instruktioner før brug.
- Undgå at indånde dampe/spray.
- Brug beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
- Hvis der opstår hudirritation eller udslæt, skal du søge lægeråd/-hjælp.
- Hvis du er blevet udsat eller er bekymret: Søg lægeråd/-hjælp.
- Indholdet/beholderen bortskaffes på det lokale bortskaffelsesanlæg.
- Begrænset til professionel brug.
- Undgå direkte kontakt med formaldehydopløsningen i låget.

BORTSKAFFELSE

Formaldehyd skal betragtes som farligt affald.
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler og love.

PROCEDURE FOR PRØVEUDTAGNING

Brug medicinske beskyttelseshandsker (Butyl eller Nitrile) og øjenbeskyttelse.

HÆNDELSER

Hvis BiopSafe® Biopsy Container på utilsigtet vis er blevet aktiveret eller ødelagt, skal du sikre BiopSafe® Biopsy Container i en lukket beholder og kassere den i henhold til lokale regler og love.

Hvis der opstår en alvorlig hændelse, skal den rapporteres til BiopSafe® ved at skrive til info@biopsafe.com, samt til den relevante myndighed i det land, hvor brugeren er engageret.

© 2014 BiopSafe ApS. All Rights Reserved.

BiopSafe® Biopsy Container

FREMGANGSMÅDE



1. *Skru låget med formalin mod uret, og åbn BiopSafe® Biopsy Container.*

2. *Placer vævet i den tomme beholder.*



3. *Skru låget med uret, indtil det er helt lukket.*
BEMÆRK: LAD DER IKKE VÆRE NOGET MELLEMRUM MELLEM LÅGET OG BEHOLDEREN.



4. *Frigør formalinen ved at trykke låget godt ned.*



5. *Vip BiopSafe® Biopsy Container i en vinkel på ca. 45 grader, og ryst 3-5 gange, indtil alt formalinen er blevet frigivet fra låget. Sørg for, at vævet er helt nedsænket i formalinen.*



6. *Sæt en etiket med patientdata og andre relevante oplysninger på BiopSafe® Biopsy Container-beholderen i henhold til lokale procedurer og regler.*

© 2014 BiopSafe ApS. All Rights Reserved.