BiopSafe® Biopsy Container

Solución tamponada neutra de formaldehído al 4 %

BiopSafe ApS
Bygstubben 4
DK-2950 Vedbæk
www.biopsafe.com

INSTRUCCIONES DE USO (20 ml & 60 ml)

El BiopSafe® Biopsy Container es un sistema cerrado de formalina que consiste de un recipiente, una tapa, una matriz, un filtro y un líquido de formalina. La formalina está encapsulada en la tapa. Una vez añadido el tejido al recipiente, se pone la tapa y se cierra; luego se libera la formalina. El BiopSafe® Biopsy Container se acciona manualmente.

USO PREVISTO

El BiopSafe® Biopsy Container está diseñado para conservar tejidos en un sistema cerrado de formalina.

USUARIO PREVISTO

El BiopSafe® Biopsy Container está diseñado para que lo utilicen enfermeros, técnicos de laboratorio u otro personal capacitado en el uso de recipientes para biopsias.

CONTENIDO

El BiopSafe® Biopsy Container contiene formaldehído al 4 % en una solución neutra tamponada (pH 7,0) con <0,2 % de metanol (una solución de formalina al 10 %).

ALMACENAMIENTO

Almacenar el BiopSafe® Biopsy Container en posición vertical entre +10°C y +25°C. Proteger de la luz solar directa y almacenar en un lugar adecuadamente ventilado. Utilizar antes de la fecha de vencimiento.

FECHA DE VENCIMIENTO

Consultar la etiqueta del BiopSafe® Biopsy Container. El BiopSafe® Biopsy Container se fabrica con una vida útil de 2 años.

SIZE OF TISSUE/BIOPSY

Para el BiopSafe® Biopsy Container de 20 ml, se recomiendan tejidos en el intervalo de 1 mm^3 a 1 cm^3. Para el BiopSafe® Biopsy Container de 60 ml, se recomiendan tejidos en el intervalo de 2 mm^3 a 3 cm^3.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- Se sospecha que causa defectos genéticos.
- Puede causar cáncer.
- Obtener instrucciones especiales antes de utilizarlo.
- Evitar respirar vapores/aerosoles.
- Utilizar guantes protectores, protección para los ojos y protección para el rostro.
- En caso de irritación o erupción cutánea, acudir a un médico.
- Si está expuesto o preocupado: Acudir a un médico.
- Desechar el contenido/recipiente en una instalación local de eliminación de residuos.
- Uso restringido a profesionales.
- Evitar el contacto directo con la solución de formaldehído en la tapa.

DESECHO

El formaldehído debe considerarse un residuo peligroso. Desechar el contenido/recipiente de acuerdo con las regulaciones locales.

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO

Utilizar guantes médicos protectores (butilo o nitrilo) y protección para los ojos.

INCIDENTES

En caso de que el BiopSafe® Biopsy Container se haya activado o roto involuntariamente, asegurarlo en un recipiente cerrado y desecharlo de acuerdo con las regulaciones locales.

Si se produjera un incidente grave, deberá notificarse a BiopSafe® en info@biopsafe.com, así como a la autoridad competente del país donde esté establecido el usuario.

© 2014 BiopSafe ApS. All Rights Reserved.

BiopSafe® Biopsy Container

PROCEDIMIENTO



1. *Girar la tapa que contiene formalina en sentido antihorario y abrir el BiopSafe® Biopsy Container.*



2. *Colocar el tejido en el recipiente vacío.*



3. *Girar la tapa en sentido horario hasta que esté completamente cerrada.*
   NOTA: NO DEJAR ESPACIOS ENTRE LA TAPA Y EL RECIPIENTE.



4. *Liberar la formalina presionando firmemente la parte superior de la tapa.*



5. *Inclinar el BiopSafe® Biopsy Container en un ángulo de aproximadamente 45 grados y agitarlo de 3 a 5 veces hasta que se haya liberado toda la formalina de la tapa. Asegurarse de que el tejido esté completamente sumergido en la formalina.*



6. *Según los procedimientos locales, agregar una etiqueta con los datos del paciente y otra información relevante en el recipiente BiopSafe® Biopsy Container.*

© 2014 BiopSafe ApS. All Rights Reserved.