BiopSafe® Biopsy Container

4 % neutrálny tlmivý roztok formaldehydu

BiopSafe ApS
Bygstubben 4
DK-2950 Vedbæk
www.biopsafe.com

NÁVOD NA POUŽITIE (20 ml & 60 ml)

BiopSafe® Biopsy Container je uzavretý formalínový systém, ktorý sa skladá z nádoby, veka, matrice, filtra a formalínovej tekutiny. Formalín je zapuzdrený vo veku. Po pridaní tkaniva do nádoby sa nasadí veko a uzavrie sa; potom sa formalín uvoľní.
BiopSafe® Biopsy Container sa ovláda manuálne.

ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE

BiopSafe® Biopsy Container je určený na uchovávanie tkaniva v uzavretom formalínovom systéme.

ZAMÝŠĽANÝ POUŽÍVATEĽ

BiopSafe® Biopsy Container je určený na používanie zdravotnými sestrami, laboratórnymi technikmi alebo iným personálom vyškoleným na používanie bioptických nádob.

OBSAH

BiopSafe® Biopsy Container obsahuje 4 % formaldehyd v neutrálnom tlmivom roztoku (pH 7,0) s <0,2 % metanolu (10% roztok formalínu).

SKLADOVANIE

BiopSafe® Biopsy Container by sa mal skladovať vo zvislej polohe pri teplote od +10 °C do +25 °C, chránený pred priamym slnečným svetlom a s primeraným vetraním.
Mal by sa použiť pred dátumom spotreby.

DÁTUM SPOTREBY

Pozrite si etiketu BiopSafe® Biopsy Container.
BiopSafe® Biopsy Container sa vyrába s 2-ročnou trvanlivosťou.

VEĽKOSŤ TKANIVA/BIOPSIE

Pre 20 ml nádobu BiopSafe® Biopsy Container sa odporúčajú tkanivá s objemom od 1 mm^3 do 1 cm^3.
Pre 60 ml nádobu BiopSafe® Biopsy Container sa odporúčajú tkanivá s objemom od 2 mm^3 do 3 cm^3.

UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu.
- Podozrenie, že spôsobuje genetické defekty.
- Môže spôsobiť rakovinu.
- Pred použitím si vyžiadajte špeciálne pokyny.
- Vyhnite sa vdychovaniu výparov/sprejov.
- Používajte ochranné rukavice/ochranu očí/ochranu tváre.
- Ak sa vyskytne podráždenie kože alebo vyrážka, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
- Ak ste vystavení riziku alebo máte obavy: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
- Obsah/kontajnery zlikvidujte v miestnom zariadení na likvidáciu odpadu.
- Obmedzené na profesionálne použitie.
- Vyhnite sa priamemu kontaktu s roztokom formaldehydu vo veku.

LIKVIDÁCIA

Formaldehyd sa považuje za nebezpečný odpad.
Obsah/kontajner zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

POSTUP ODBERU VZORIEK

Používajte ochranné lekárske rukavice (butylové alebo nitrilové) a ochranu očí.

INCIDENTY

V prípade, že sa nádobka BiopSafe® Biopsy Container neúmyselne aktivovala alebo rozbila, zabezpečte nádobku na biopsiu BiopSafe® Biopsy Container v uzavretej nádobe a zlikvidujte ju v súlade s miestnymi predpismi.

Ak dôjde k závažnému incidentu, je potrebné ho nahlásiť spoločnosti BiopSafe® na info@biopsafe.com, ako aj príslušnému orgánu krajiny, v ktorej má používateľ sídlo.

© 2014 BiopSafe ApS. All Rights Reserved.

BiopSafe® Biopsy Container

POSTUP



1. *Otočte veko s formalínom proti smeru hodinových ručičiek a otvorte BiopSafe® Biopsy Container.*



2. *Umiestnite tkanivo do prázdnej nádoby.*



3. *Otáčajte vekom v smere hodinových ručičiek, kým sa úplne nezatvorí.*
POZNÁMKA: MEDZI VEKOM A NÁDOBOU NENECHÁVAJTE ŽIADNU MEDZERU.



4. *Uvoľnite formalín silným stlačením hornej časti veka.*



5. *Nakloňte nádobu BiopSafe® Biopsy Container pod uhlom približne 45 stupňov a 3 až 5-krát ňou potraste, kým sa z veka neuvoľní všetok formalín. Uistite sa, že tkanivo je úplne ponorené vo formalíne.*



6. *Podľa miestnych postupov pridajte na nádobu BiopSafe® Biopsy Container štítok s údajmi o pacientovi a ďalšími relevantnými informáciami.*

© 2014 BiopSafe ApS. All Rights Reserved.