BiopSafe® Biopsy Container

Формалдехид неутрални пуферовани раствор 4%

BiopSafe ApS
Bygstubben 4
DK-2950 Vedbæk
www.biopsafe.com

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ (20 мл & 60 мл)

BiopSafe® Biopsy Container је затворени формалински систем који се састоји од посуде, поклопца, матрице, филтера и течности формалина. Формалин је инкапсулиран у поклопцу. Након што се ткиво дода у посуду, поклопац се ставља и затвара; након чега се формалин ослобађа.
BiopSafe® Biopsy Container се управља ручно.

НАМЕНА

BiopSafe® Biopsy Container је намењена за очување ткива у затвореном систему формалина.

НАМЕЊЕНО КОРИСНИКУ

BiopSafe® Biopsy Container је намењен да га користе медицинске сестре, лабораторијски техничари или друго особље обучено за коришћење посуде за биопсију.

САДРЖАЈ

BiopSafe® Biopsy Container који садржи 4% формалдехида у воденом раствору (pH 7.0) са <0.2% метанола (10% раствор формалина).

СКЛАДИШТЕ

BiopSafe® Biopsy Container се треба чувати у усправном положају између +10° и +25° степени, заштићен од директне сунчеве светлости и у адекватно проветреном простору.
Требало би да се користи пре истека рока трајања.

ДАТУМ ИСТЕКА

Обратите се етикети BiopSafe® Biopsy Container.
BiopSafe® Biopsy Container се производи са роком трајања од 2 године.

ВЕЛИЧИНА ТКИВА/БИОПСИЈА

За 20 мл BiopSafe® Biopsy Container препоручују се маранице од 1 мм³ до 1 цм³.
За 60 мл BiopSafe® Biopsy Container препоручују се маранице од 2 мм³ до 3 цм³.

УПОЗОРЕЊЕ И МЕРЕ ПРЕДОСТРОЖНОСТИ

- Може изазвати алергијску реакцију коже.
- Постоји сумња да изазива генетске дефекте.
- Може изазвати рак.
- Прибавите посебна упутства пре употребе.
- Избегавајте удисање испарења/прскања.
- Носите заштитне рукавице/заштиту за очи/заштиту за лице.
- Ако дође до иритације коже или осипа, потражите савет/помоћ лекара.
- У случају изложености или забринутости: Потражите медицински савет/помоћ.
- Одложите садржај/посуду у локалну депонију за одлагање отпада.
- Само за професионалну употребу.
- Избегавајте директан контакт са раствором формалдехида у поклопцу.

ОДЛАГАЊЕ

Формалдехид се сматра опасним отпадом. Одложите садржај/посуду у складу са локалним прописима.

ПОСТУПАК ЗА УЗИМАЊЕ УЗОРАКА

Носите заштитне медицинске рукавице (бутил или нитрил) и заштиту за очи.

ИНЦИДЕНТИ

У случају ненамерног активирања или оштећења BiopSafe® Biopsy Container, обезбедите BiopSafe® Biopsy Container у затвореном посуду и одбаците га у складу са локалним прописима.
У случају озбиљног инцидента, неопходно је да се пријави BiopSafe® на info@biopsafe.com, као и надлежном органу земље где корисник има своје седиште.

© 2014 BiopSafe ApS. All Rights Reserved.

BiopSafe® Biopsy Container

ПОСТУПАК



1. *Одверните поклопац са формалином удесно и отворитеBiopSafe® Biopsy Container.*

2. *Сместите ткиво у празну посуду.*



3. *Заврните поклопац удесно док се потпуно не затвори.*
   БЕЛЕШКА: НЕ ОСТАВЉАЈТЕ РАЗМАК ИЗМЕЂУ ПОКЛОПЦА И ПОСУДЕ.



4. *Ослободите формалин притиском на врх поклопца снажно.*



5. *Нагните BiopSafe® Biopsy Container под углом од отприлике 45 степени и протресите га 3-5 пута док се сав формалин не ослободи из поклопца. Уверите се да је ткиво потпуно потопљено у формалин.*



6. *Сагласно локалним поступцима, додате етикету са подацима о пацијенту и осталим релевантним информацијама на BiopSafe® Biopsy Container посуду.*

© 2014 BiopSafe ApS. All Rights Reserved.